

Số: 80 /BVĐK
V/v yêu cầu báo giá bóng
phát tia X dùng cho máy
chụp cắt lớp 128 lát cắt tại
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu
Giang

Cần Thơ, ngày 25 tháng 8 năm 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua bóng phát tia X dùng cho máy chụp cắt lớp 128 lát cắt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ds. Trần Trung Dũng; Phòng VT-TTBYT; Điện thoại: 0982.94.00.94.
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang, số 647 Trần Hưng Đạo, KV4, P. Vị Thanh, TP. Cần Thơ.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 25 tháng 8 năm 2025 đến trước 16h ngày 04 tháng 9 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Danh mục vật tư cần báo giá như Bảng sau:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng/khối lượng	Địa điểm thực hiện	Dự kiến hoàn thành gói thầu
1	Bóng phát tia X dùng cho máy chụp cắt lớp 128 lát cắt (Máy CT Scenaria View)	- Nhãn hiệu: MCS7070HP. - Hãng sản xuất: VAREX. - Dạng Anode quay, chịu nhiệt. - Điện áp cao áp: 150KV. - Dung lượng trữ nhiệt: 5,4 MJ (7,5 MHU).	Cái	01	Phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế	Tháng 9/2025

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng/ khối lượng	Địa điểm thực hiện	Dự kiến hoàn thành gói thầu
		- Tiêu điểm sợi đốt: 0,7 x 0,8 (nhỏ); 1,2 x 1,4 (lớn). - Hệ số tải của sợi đốt: + Tiêu điểm nhỏ: 120KV, 100mA. + Tiêu điểm lớn: 120KV, 200mA. - Tốc độ làm lạnh tối đa của Anode: 16.500 W. - Tốc độ tản nhiệt tối đa của Anode: 12.000 W. - Phương pháp tản nhiệt: Dầu và quạt. - Công suất tải đầu vào của Anode: + Tiêu điểm nhỏ: 33KW. + Tiêu điểm lớn: 72KW. - Nhiệt độ hoạt động từ 5 đến 40 độ C. - Nhiệt độ trữ nhiệt (trong bóng): -20 đến 75 độ C. - Độ ẩm 30% đến 90% . - Bảo vệ quá nhiệt: + Cảm biến nhiệt: mở khi nhiệt độ trên 95 độ C + Cảm biến áp suất mở: khi áp suất trên 40 psi. (Thời gian bảo hành trên 18 tháng).				

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng/khối lượng	Địa điểm thực hiện	Dự kiến hoàn thành gói thầu
2	Dây cáp nguồn điện cao áp dùng cho máy chụp cắt lớp 128 lát cắt (Máy CT Scenaria View)	Cáp cao áp 03 lõi, cách điện bằng cao su, điện áp định mức 160KV và đầu nối. (Thời gian bảo hành trên 18 tháng)	Bộ	01	Phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế	Tháng 9/2025
Tổng cộng: 02 khoản						

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang xin trân trọng cảm ơn./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, P.VT-TBYT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Trần Thanh Giang