

Số: 120 /BVĐK

Cần Thơ, ngày 23 tháng 9 năm 2025

V/v đề nghị báo giá bảo trì, bảo dưỡng, thay thế vật tư định kì cho hệ thống xử lý nước RO dùng cho thận nhân tạo.

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng, thay thế vật tư định kì cho hệ thống xử lý nước RO dùng cho thận nhân tạo, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ds. Trần Trung Dũng; Phòng VT-TTBYT; Điện thoại: 0982.94.00.94.
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang, số 647 Trần Hưng Đạo, KV4, P. Vị Thanh, TP. Cần Thơ.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16h ngày 23 tháng 9 năm 2025 đến trước 17h ngày 03 tháng 10 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Danh mục dịch vụ cần báo giá như Bảng sau:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng/ khối lượng	Địa điểm thực hiện	Dự kiến hoàn thành gói thầu
1	Bảo trì bảo dưỡng tẩy rửa khuẩn định kỳ cho hệ thống xử lý nước	1.Hóa chất khử khuẩn - Dung dịch gốc javen: CLEAN.PRO B-1 – 5kg (5~6%). (thời gian tẩy rửa định kỳ 03 tháng/ 2can/ 01 lần, pha loãng KHỬ KHUẨN 0.2%) 2. Chi phí gửi mẫu	Lần	04	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang	Tháng 10/2025

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng/khối lượng	Địa điểm thực hiện	Dự kiến hoàn thành gói thầu
	RO dùng cho thận nhân tạo và các trị liệu liên quan (04 lần thực hiện/12 tháng)	nước RO kiểm định chất lượng - Mẫu tổng số vi sinh vật sống: 01 mẫu(03 tháng/01 lần) - Mẫu nội độc tố vi khuẩn (Endotoxin): 01 mẫu (03 tháng/01 lần) - Mẫu xét nghiệm 23 thành phần hóa học: 01 mẫu(01 năm/01 lần) - Tiêu chuẩn áp dụng: ANSI/AAMI 13959:2014 hoặc ISO 23500:2019 (qui định BYT)				
2	Sửa chữa và thay thế vật tư định kỳ cho hệ thống xử lý nước RO	1. Lõi lọc phân tử 5miron, 20inch Định kỳ thay thế 03 tháng/lần	Cái	20	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang	Tháng 10/2025
		2. Lõi lọc phân tử 0.2miron, 20inch Định kỳ thay thế 06 tháng/lần	Cái	10		
		3. Bóng đèn UV S410RL-HO Định kỳ 12 tháng/lần	Cái	01		
		4. Thay van điện từ US-35 220v/50hz, phi 42	Cái	01		

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng/ khối lượng	Địa điểm thực hiện	Dự kiến hoàn thành gói thầu
	Tổng cộng: 02 khoản					

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang xin trân trọng cảm ơn./ 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, P.VT-TBYT. 

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Trần Thanh Giang